



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.Σιγκούδης
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2382 3 50223
 e-mail : promitheies@gng.gr
 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ
 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΡΟΣ:ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΟΝ.ΕΠΕ
 ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 38
 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΑΘΗΝΑ
 Τ.Κ.:14234-ΤΗΛ:2102718030
 ΑΦΜ:095475642
 ΔΥΟ:ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail:info@technolab.gr

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προμηθευτεί το παρακάτω μηχάνημα, παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι 04.07.2025 στις 10:00 π.μ. στο e-mail promitheies@gng.gr:

1. ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ1ΤΜΧ.
 (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
1. Ο θάλαμος να είναι επιδαπέδιος, καθέτου τύπου, βιολογικής ασφάλειας, ισχυρής κατασκευής, τελευταίας τεχνολογίας και να είναι κατάλληλος για την παραγωγή κυτταροτοξικών φαρμάκων, όπως καθορίζεται από το Πρότυπο DIN12980.
2. Να φέρει ειδική αντιμικροβιακή επίστρωση σε όλη την εσωτερική επιφάνεια εργασίας του θαλάμου για ακόμα υψηλότερη προστασία από μικροβιακά στελέχη και από τον κίνδυνο επιμόλυνσης των δειγμάτων.
3. Η αναλογία κυκλοφορόντος και εξερχόμενου αέρα, να είναι σε αναλογία 70% - 30% ακολουθώντας τις διεθνείς προδιαγραφές.
4. Να πληροί τα standards ασφαλείας Din 12980, EN 12469 , NSF/ANSI 49 (Class II A2), JIS K 3800 , SFDA YY-0569 and AS2252.
5. Ο χώρος εργασίας να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14644-1.
6. Εσωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου με στρογγυλεμένες γωνίες.
7. Να διαθέτει τρεις προκαθορισμένες θέσεις του μπροστινού τζαμιού: θέση εργασίας, ανοίγματος και κλεισίματος.
8. Το μπροστινό τζαμί να κινείται ηλεκτρικά .
9. Η επιλογή της θέσεως εργασίας του τζαμιού να γίνεται αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού.
10. Να διαθέτει 4 διαφορετικές χρωματικές ενδείξεις φωτισμού λειτουργίας δίνοντας την δυνατότητα στον χειριστή να διακρίνει εύκολα οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης του θαλάμου
11. Τα εσωτερικά φώτα του θαλάμου να αναβοσβήνουν κατά την κίνηση του τζαμιού.
12. Να διαθέτει μπαταρία για την κίνηση του τζαμιού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
13. Να διαθέτει πλαϊνά τζάμια που επιτρέπουν την καλύτερη παρατήρηση του χώρου εργασίας.
14. Να διαθέτει φιλικό προς το χρήστη πίνακα ελέγχου LCD, τοποθετημένο υπό γωνία, που να δείχνει στον χειριστή όλες τις σχετικές λειτουργίες και τους συναγερμούς με μια ματιά.
15. Ο πίνακας χειρισμού να είναι εφοδιασμένος με πλήκτρα αφής και ενδεικτικά LED.
16. Η τράπεζα εργασίας να αποτελείται από αποσπώμενα μέρη τα οποία αφαιρούνται εύκολα για καθαρισμό και απολύμανση.
17. Να διαθέτει δύο (2) HEPA H14 φίλτρα με ικανότητα κατακράτησης καλύτερη από 99,999% (D.O.P. TEST), για σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3 μm

18. Να είναι εξοπλισμένος με εννιά (9) πρόσθετα φίλτρα HEPA σε σχήμα V κάτω από την επιφάνεια εργασίας, τα οποία φιλτράρουν τον αέρα εισροής και διατηρούν το εσωτερικό του θαλάμου χωρίς μόλυνση και επομένως εξασφαλίζουν τη μέγιστη ασφάλεια για εφαρμογές υψηλού κινδύνου.
19. Να διαθέτει προ φίλτρο τύπου G3 (EN 779) κάτω από την τράπεζα εργασίας με σκοπό την προστασία του εσωτερικού από επιμόλυνση καθώς και την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των φίλτρων HEPA.
20. Να διαθέτει εργονομική, θέση ξεκούρασης μπράτσων για την διευκόλυνση του χειριστή. Επιπλέον, το σχήμα της να είναι τέτοιο ώστε να αποφεύγεται η παρεμπόδιση της εισροής του αέρα και της μόλυνσης από τα μανίκια του χρήστη.
21. Το εμπρόσθιο τμήμα του θαλάμου να μπορεί να ανασηκωθεί πλήρως για τον καθαρισμό του εσωτερικού μέρους καθώς και για την εισαγωγή μεγάλων αντικειμένων.
22. Το μπροστινό τζάμι να έχει κλίση 70° που επιτρέπει την καλύτερη τοποθέτηση του σώματος του χρήστη .
23. Να διαθέτει μπροστινό τζάμι πάχους 8mm και δύο στρώσεων, παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια.
24. Ο δίσκος συλλογής υγρών κάτω από την τράπεζα εργασίας να μπορεί να συλλέγει υγρά που έχουν χυθεί κατά την εργασία έως 4 λίτρα, αποτρέποντας έτσι την εισχώρηση των υγρών σε μέρη του θαλάμου που είναι δύσκολο να καθαριστούν.
25. Η απόσταση του τζαμιού στην θέση εργασίας έως τον πάγκο να είναι 200 χιλιοστά και η απόσταση του τζαμιού στην θέση ανοίγματος έως τον πάγκο να είναι 500 χιλιοστά.
26. Να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή, να υπάρχει υψηλής ανάλυσης οθόνη και όλες οι λειτουργίες να είναι διαθέσιμες τόσο για τον χρήστη όσο και για το προσωπικό συντήρησης μέσω και των πλήκτρων που έχει.
27. Να Υπάρχουν διαφορετικοί συναγερμοί ασφαλείας για τον εισερχόμενο (υψηλό/χαμηλό) και εξερχόμενο (υψηλό/χαμηλό) αέρα.
28. Να διαθέτει anti-reflective μπροστινό παράθυρο ασφαλείας για προστασία από UV
29. Να Διαθέτει έλεγχο για την ασφαλή λειτουργία της βαλβίδας αερίου η οποία μπορεί να ανοιχθεί εφόσον ο θάλαμος λειτουργεί σε ασφαλείς συνθήκες. Σε περίπτωση συναγερμού ή τερματισμού της λειτουργίας του θαλάμου, τότε η βαλβίδα του αερίου να κλείνει αυτόματα.
30. Η λάμπας UV να ανάβει μόνο όταν το μπροστινό τζαμί είναι κλειστό.
31. Να διαθέτει δύο φυγοκεντρικά EC μοτέρ (fan).
32. Να εμφανίζονται οι εξής λειτουργίες :
 - Η εσωτερική ταχύτητα του αέρα
 - Η εξωτερική ταχύτητα του αέρα
 - Το ποσοστό φραγής των φίλτρων.
 - Οι ώρες λειτουργίας του μοτέρ
 - Οι ώρες λειτουργίας της λάμπας UV
 - Διαδικασία απολύμανσης
 - Αναφορά συναγερμών
33. Να διαθέτει οπτικό και ακουστικό συναγερμό για τα εξής :
 - Υπερβολική εξερχόμενη ροή
 - Ανεπαρκής εξερχόμενη ροή
 - Υπερβολική εισερχόμενη ροή
 - Ανεπαρκή εισερχόμενη ροή
 - Υαλοπίνακας εκτός θέσης εργασίας
 - Το μπροστινό πλαίσιο είναι ανοιχτό

- ο Ειδοποίηση εφεδρικού καναλιού
 - ο Διακοπή παροχής ρεύματος
 - ο Αστοχία μνήμης
 - ο Ο αγωγός εξαγωγής παρουσιάζει φραγή.
34. Να διαθέτει ρολόι πραγματικού χρόνου .
35. Να διαθέτει λάμπα UV με χρονοδιακόπτη λειτουργίας .
36. Μέση ένταση απολύμανσης της λάμπας UV στη περιοχή εργασίας να είναι 200 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$
37. Ο έλεγχος της ταχύτητας ροής του αέρα να ελέγχεται ηλεκτρονικά.
38. Η εσωτερική ταχύτητα του αέρα να είναι 0,35 m/s
39. Η εξωτερική ταχύτητα του αέρα να είναι 510 m³/h
40. Να διαθέτει φωτισμό φθορισμού έντασης >1000 LUX
41. Ισχύς κατανάλωσης να είναι έως 300 W.
42. Η πρόσβαση σε όλα τα σημεία συντήρησης του θαλάμου (όπως η αντικατάσταση των φίλτρων του), να είναι από το εμπρόσθιο μέρος του.
43. Να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης βαλβίδας αερίου με ηλεκτροβαλβίδα ασφαλείας.
44. Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης βαλβίδας κενού .
45. Να διαθέτει δύο εσωτερικές ηρίζες.
46. Να διαθέτει ειδική μεταλλική ανοξείδωτη ράβδο με τέσσερις (4) γάντζους.
47. Να είναι δυνατή η εισαγωγή κωδικών για την αποφυγή χρήσης του θαλάμου από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
48. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 4 γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ισπανικά).
49. Να λειτουργεί σε τάση 230 V/ 50 Hz.
50. Το επίπεδο θορύβου να είναι < = 60.
51. Να έχει δόνηση <0,005 mm RMS
52. Να φέρει CE Mark και είναι διαπιστευμένος από GS, TÜV.
53. Να φέρει CE Mark και είναι διαπιστευμένος κατά ISO 9001:2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά υποβάλλεται για το είδος της πρόσκλησης
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

2) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, και χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του Άρθρου 73 του Ν.4412/2016):

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της.

4) Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της (Άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

5) Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό .

-Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.

-Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

-Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους κατά περίπτωση νόμιμους εκπροσώπους τους.

6) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης και αντίγραφο καταστατικού, πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότησης ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή .

7) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την προσκόμιση τους.

8) Πιστοποιητικό του οικείου **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ** με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και στο ειδικό επάγγελμα/αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης να προκύπτει η εγγραφή κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς .

9) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρεί τις υποχρεώσεις τους στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπίσει με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

10) Βάσει του άρθρου 43 παρ. 9 ν. 4605/2019, οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις τεχνικές προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη Δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της (να αναφερθεί) έχει αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α) Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 3 ετών επάρκεια εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια.

Β) Να υπάρχει service από την προμηθεύτρια εταιρεία στην Ελληνική επικράτεια των προσφερόμενων προϊόντων.

Γ) Να συνοδεύεται από πλήρες, επίσημο, εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου (USER MANUAL) και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου (SERVICE MANUAL) Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.

Δ) Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας του προμηθευτή και του κατασκευαστή που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης .

Ε) Η εγγύηση να καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε ελαττωματικού εξαρτήματος, πέρα από τα αναλώσιμα υλικά (φίλτρα, λαμπτήρες και αισθητήρες)

ΣΤ) Με την πώληση του προσφερόμενου εξοπλισμού, να παρέχετε πλήρη εγκατάσταση με επίδειξη – εκπαίδευση του προσωπικού και τον έλεγχο καλής λειτουργίας

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α/Α**

**ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**