



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.Σιγκούδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2382 3 50223
e-mail : promitheies@gng.gr
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ
581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι 23.07.2025 στις 10:00 π.μ. στο e-mail promitheies@gng.gr:

1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ.....10ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η ΚΛΙΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ . ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
- Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 220kg
- Η ΚΛΙΝΗ ΝΑ ΕΔΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
- Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΠΟ 55 ΕΩΣ 90cm ΠΕΡΙΠΟΥ
- Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
- Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΔΕΡΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ
- ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΒΑΣΗ ΡΟΛΟΥ ΧΑΡΤΟΣΕΝΔΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
- ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 1900mm X 700mm (+/-)
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ . ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm (+/-) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

2. ΚΑΡΟΤΣΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΣΥΡΤΑΡΙΑ).....7ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΡΤΑΡΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ AUTO-RETURN . ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΓΑΝΤΙΩΝ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- Η ΚΙΝΗΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΟΧΟΥΣ, ΔΥΟ (2) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΦΡΕΝΟ
- Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

3. ΤΡΟΛΕΪ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ1ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ 60mm (x 3), 135mm ΚΑΙ 215mm (+/-)
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΟ, ΜΕΣΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΝΙΔΑΣ CPR
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 360° ΒΑΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 33 x 33cm
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΡΤΑΡΩΤΟ ΔΙΣΚΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΔΟ ΑΝΑΛΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΦΡΕΝΑ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

4. ΤΡΟΛΕΪ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.....2ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗΣ, ΣΤΙΒΑΡΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΕΧΝΟΠΟΛΥΜΕΡΗ) ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΧΑΛΥΒΑ ΒΑΜΜΕΝΟ, ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ ΩΘΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΘΡΩΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, (ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3 x 14cm (+/-) ΚΑΙ 1 x 28cm (+/-)) ΧΩΡΙΣ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΚΡΕΣ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΘΟΥΡΒΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ, ΜΕ ΣΤΟΠ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΦΑΚΙΑ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΘΗΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

5. ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΑΥΟ ΙΝΟΧ.....2ΤΜΧ.**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ – ΙΝΟΧ 304
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΕΙΣΟ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ 80 ΕΩΣ 140cm, ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΙΔΑ/ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΤΡΟΧΟΥΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΔΥΟ (2) ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΦΡΕΝΟ

6. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ.....2ΤΜΧ.**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- ΤΟ ΦΟΡΕΙΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΟΛΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ΕΛΞΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 200mm ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ . ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm (+/-) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
- Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟ LAMINATE . ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, C-ARM, ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΣΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΡΑΓΕΣ
- ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (>150kg)
- ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 80cm

7. ΣΚΑΜΠΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ.....5ΤΜΧ.**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ
- ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΔΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 39cm (+/-)
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΗ ΧΡΗΣΗ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΗ ΒΑΣΗ
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ 43 ΕΩΣ 53cm (+/-), ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 60cm(+/-)
- ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

8. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ.....5ΤΜΧ.**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΠΛΑΤΗΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΝΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΦΡΕΝΑ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΪΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ . ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΑΪΝΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm (+/-) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΟΥ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΡΩΜΑ
- ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ

9. ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.....5ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΚΟΜΟΔΙΝΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΡΤΑΡΙ (ΒΑΘΟΣ +/- 15cm) ΜΕ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ 75mm ΜΕ ΦΡΕΝΑ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΑΦΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΙΝΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

- **ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΛΟΥΝ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ**
- **ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ**
- **ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**
- **ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.**

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α/Α

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25REO017238205 2025-07-17