



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.Σιγκούδης
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2382 3 50223
 e-mail : promitheies@gng.gr
 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ
 581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι 01.09.2025 στις 10:00 π.μ. στο e-mail promitheies@gng.gr:

1. ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΥΠΕΡΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ-ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟ-ΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ Νο 2-0, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 30mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90cm ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20%.....12ΤΜΧ.
2. ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΥΠΕΡΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ-ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟ-ΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ Νο 2-0, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 43mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90cm ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20%.....12ΤΜΧ.
3. ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΥΠΕΡΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ-ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟ-ΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ Νο 2-0, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 48mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90cm ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20%.....12ΤΜΧ.
4. ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΥΠΕΡΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ-ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟ-ΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ Νο 1, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90cm ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20%.....12ΤΜΧ.
5. ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΥΠΕΡΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ-ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟ-ΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ Νο 1, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 48mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90cm ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20%.....12ΤΜΧ.
6. ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΥΠΕΡΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ-ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟ-ΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ Νο 1, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 48mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150cm ΚΑΙ LOOP ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20%.....12ΤΜΧ.
7. ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΥΠΕΡΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ-ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟ-ΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ Νο 0, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 40mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90cm ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20%.....12ΤΜΧ.
8. ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΥΠΕΡΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ-ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟ-ΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ Νο 0, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 48mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 70-90cm ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20%.....12ΤΜΧ.
9. ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ, ΥΠΕΡΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ-ΤΕΤΡΑ ΥΔΡΟ-ΞΥΒΟΥΤΥΡΙΚΟ Νο 0, ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ½ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 48mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 150cm ΚΑΙ LOOP ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20%.....12ΤΜΧ.

(ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 90 ΗΜΕΡΕΣΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ, ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ 50% ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ . ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ . ΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕΙΡΑΣ 300ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ASTM f899-12b ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΩΣΤΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ – ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ)

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς GMDN και CPV.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α/Α

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ