



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.Σιγκούδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2382 3 50223
e-mail : promitheies@gng.gr
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ
581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι 03.09.2025 στις 10:00 π.μ. στο e-mail promitheies@gng.gr:

1. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ.....1ΤΜΧ.
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
 - ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12ΜΜ, ΜΗΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΥ 36CM, ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ 45ΜΜ (ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ 66 ΑΓΚΤΗΡΕΣ), ΔΙΑΤΟΜΗΣ 38ΜΜ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12ΜΜ, ΜΕ ΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ 45ΜΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ
 - ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΑΣΗ, ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΜΟΙΡΑ ΚΡΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 - ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ ΜΕ ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΡΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΤΕΣΛΑ
 - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
 - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΕΛΟΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΒΛΑΒΗΣ
 - ΝΕ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 12 ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10 ΩΡΩΝ
2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ.....1ΤΜΧ.
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
 - ΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
 - ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ / ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ 3,8ΜΜ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΛΙΠ 1,8ΜΜ
3. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ.....1ΤΜΧ.
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
 - ΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
 - ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ, ΥΨΟΣ ΚΛΙΠ 4,0ΜΜ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΛΙΠ 2,0ΜΜ
4. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
 - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ τ.ΒΛΑΚΕ
 - ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ
 - ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΜΙΑ ΘΥΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ
 - ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΥΛΑΚΩΤΗ ΚΑΤΑ $\frac{3}{4}$ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΜΠΤΟΜΕΝΟ ΤΡΟΚΑΡ
 - ΕΠΙΠΕΔΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΥΠΟΥ J-VAC 300-450ML

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς GMDN και CPV.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α/Α

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

25REO017449435 2025-08-27