



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.Σιγκούδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2382 3 50223
e-mail : promitheies@gng.gr
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ
581 00 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προκειμένου το Νοσοκομείο να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι 09.09.2025 στις 10:00 π.μ. στο e-mail promitheies@gng.gr:

1. Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μίας χρήσης ευθείας συρραφής - διατομής – αναστόμωσης.....2ΤΜΧ.
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
Για παχείς ιστούς, με μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και ενσωματωμένη λάμα στο εργαλείο. Να είναι προφορτωμένο με μία ανταλλακτική κασέτα. Τα κλιπ να είναι κατασκευασμένα από ειδικό κράμα τιτάνιου. Μετά την σύγκλιση τα κλιπ αντέχουν σε πιέσεις πάνω από 3,6 kpa χωρίς να παρατηρείται διαρροή ή σχισμή. Με γραμμές διαβάθμισης πάνω στο εργαλείο. Να διαθέτει αποσπώμενη χειρολαβή, για να μπορεί να ανοίξει και να κλείσει πολύ εύκολα, και μηχανισμό δημιουργίας τέλειου «B» shaped κλιπ ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της συρραφής. Να διαθέτει 4 γραμμές συρραφής με 100 συρραπτικά σύνολο. Το μήκος συρραφής να είναι 100 mm. Το ύψος του κλιπ είναι 4,5mm και 2mm όταν είναι κλειστό.
2. Ανταλλακτικές κασέτες για τα ανωτέρω εργαλεία.....6ΤΜΧ.
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
Για παχείς ιστούς με αγκτήρες τιτάνιου. Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό κράμα τιτάνιου. Μετά την σύγκλιση τα κλιπ να αντέχουν σε πιέσεις πάνω από 3,6 KPA χωρίς να παρατηρείται διαρροή ή σχισμή και με μηχανισμό δημιουργίας τέλειου «b» shaped κλιπ ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της συρραφής. Να διαθέτει 4 γραμμές συρραφής με 100 συρραπτικά σύνολο. Το μήκος συρραφής να είναι 100mm. Το ύψος του κλιπ να είναι 4,5mm και 2mm όταν είναι κλειστό. Είναι απόλυτα συμβατά με το πιστόλι του ίδιου οίκου.
3. Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μίας χρήσης ευθείας συρραφής - διατομής – αναστόμωσης.....2ΤΜΧ.
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
Για κανονικούς ιστούς, με μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και ενσωματωμένη λάμα στο εργαλείο. Να είναι προφορτωμένο με μία ανταλλακτική κασέτα. Τα κλιπ να είναι κατασκευασμένα από ειδικό κράμα τιτάνιου. Μετά την σύγκλιση τα κλιπ να αντέχουν σε πιέσεις πάνω από 3,6 kpa χωρίς να παρατηρείται διαρροή ή σχισμή. Να διαθέτει γραμμές διαβάθμισης πάνω στο εργαλείο. Να διαθέτει αποσπώμενη χειρολαβή, η οποία να μπορεί να ανοίξει και να κλείσει πολύ εύκολα, και μηχανισμό δημιουργίας τέλειου «B» shaped κλιπ ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της συρραφής. Να διαθέτει 4 γραμμές συρραφής με 76 συρραπτικά σύνολο. Το μήκος συρραφής να είναι 75 mm. Το ύψος του κλιπ να είναι 3,85mm και 1,5mm όταν είναι κλειστό.
4. Ανταλλακτικές κασέτες για τα ανωτέρω εργαλεία.....6ΤΜΧ.
(ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)
Για κανονικούς ιστούς με αγκτήρες τιτάνιου. Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό κράμα τιτάνιου. Μετά την σύγκλιση τα κλιπ να αντέχουν σε πιέσεις πάνω από 3,6 KPA χωρίς να παρατηρείται διαρροή ή σχισμή και με μηχανισμό δημιουργίας τέλειου «b» shaped κλιπ ομοιόμορφα σε όλο το μήκος της συρραφής. Να διαθέτει 4 γραμμές συρραφής με 76 συρραπτικά σύνολο. Το μήκος συρραφής να είναι 75mm. Το ύψος του κλιπ να είναι 3,85mm και 1,5mm όταν είναι κλειστό. Να είναι απόλυτα συμβατά με το πιστόλι του ίδιου οίκου.

ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς GMDN και CPV.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΡΑΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

25REO017486431 2025-09-03