



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Σεμερτζίδη
 581 00 Γιαννιτσά

Πληροφορίες: Ι. Σιγκούδης

Τηλέφωνο : 2382350223

e-mail : promitheies@gng.gov.gr

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΧΕΤ.:

1. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/08.08.2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2. Η με αρ.πρ.2501/03.08.2022 (6Ι8Λ46ΜΨΙΦ-Τ00) Εγκύκλιος της Ε.Κ.Α.Π.Υ. του Υπουργείου Υγείας με θέμα την εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό της Ε.Ε. 2017/745 σχετικά με τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
3. Την με αρ.πρ. 99864/15.12.2025 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου – Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147).
4. Τα Ν° 19286-8/12.06.2026 δελτία αιτήσεις προμήθειας εξωσυμβατικών ειδών του Χειρουργικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου το Νοσοκομείο να προμηθευτεί τα είδη που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και εφόσον καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται, παρακαλούμε να μας στείλετε την οικονομοτεχνική σας προσφορά στο e-mail promitheies@gng.gov.gr μέχρι 29.06.2026 στις 10:00 π.μ.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	M/M	ΠΡΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΙΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗΣ ΘΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2,6 ΜΜ (7.8 FR) Ο.Δ Χ 1.0 ΜΜ Ι.Δ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΞΙΚΟ, ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΡΙ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ 29.5ΜΜ, ΎΨΟΣ 12.2ΜΜ, ΌΓΚΟΣ 1.02ΜΛ, ΤΥΠΟΥ STANDARD PROFILE ΤΟΣΟ Η ΘΥΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ. ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ, ΔΕΗΡ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.	33140000-3	TEM	3

	<p>ΤΟ ΚΙΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ • 1 ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΑ HUBER • 1 ΚΥΡΤΗ ΒΕΛΟΝΑ HUBER (90°) • 1 J-GUIDEWIRE • 1 ΤΟΥΝΕΛ • 1 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ • ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ • 1 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΦΛΕΒΩΝ • 1 ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 			
2	<p>ΚΙΤ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗΣ ΘΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 2,6 ΜΜ (7.8 FR) O.D X 1.0 ΜΜ I.D ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΤΟΞΙΚΟ, ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΡΙ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ 24.75ΜΜ, ΎΨΟΣ 9.8ΜΜ, ΌΓΚΟΣ 0.36ΜΛ , ΤΥΠΟΥ LOW PROFILE. ΤΟΣΟ Η ΘΥΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ. ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ, ΔΕΗΡ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΟ ΚΙΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ • 1 ΕΥΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΑ HUBER • 1 ΚΥΡΤΗ ΒΕΛΟΝΑ HUBER (90°) • 1 J-GUIDEWIRE • 1 ΤΟΥΝΕΛ • 1 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ • ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ • 1 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΦΛΕΒΩΝ • 1 ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 	33140000-3	TEM	3
3	<p>ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 32ΜΜ ΜΕ 4 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΕ 30 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ. ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΚΛΙΠ ΎΨΟΥΣ 3,8ΜΜ ΚΑΙ 1,5ΜΜ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΛΕΙΟΥ «B» SHAPED ΚΛΙΠ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. ΤΑ ΚΛΙΠ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ(ΤΑ4G,ΤΙ3, ΑΙ-2.5V)</p>	33140000-3	TEM	2
4	<p>ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 34ΜΜ ΜΕ 4 ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΕ 32 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ. ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΚΛΙΠ ΎΨΟΥΣ 3,8ΜΜ ΚΑΙ 1,5ΜΜ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΛΕΙΟΥ «B» SHAPED ΚΛΙΠ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ. ΤΑ ΚΛΙΠ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΓΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ(ΤΑ4G,ΤΙ3, ΑΙ-2.5V)</p>	33140000-3	TEM	2

5	<p>ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΩΣ 7ΜΜ , ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΗ 36 – 45 CM, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5,5 ΜΜ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ, ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΑΚΡΟ 14,2 ±1 ΜΜ . ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PLUG N PLAY (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΆΜΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).</p> <p>ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ.</p> <p>ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ , ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMART PHONE (ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ & ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ). Η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PLUG N PLAY ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ</p>	33140000-3	TEM	3
---	--	------------	-----	---

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE.
2. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ , GMDN και CPV.
3. Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ' όσον υπάρχει αντιστοιχίση). Σε περίπτωση που το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ταυτοποίησης.
4. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός δημοσίευσης και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης τους από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.
5. Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας.
6. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την προσφορά και τα πιστοποιητικά σήμανσης εφόσον απαιτούνται.
7. Στην περίπτωση που το αίτημα ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) ανά αίτηση χωρίς ΦΠΑ θα υπογράφεται σύμβαση, η οποία θα συνοδεύει το τιμολόγιο σας..
8. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχει το είδος σε απόθεμα και ετοιμοπαράδοτο. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης εκτέλεσης παραγγελίας ή αστοχίας υλικού κατά την παράδοση, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την Σύμβαση και να κατακυρώσει στον επόμενο μειοδότη.
9. Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και εφόσον καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές
10. Η κατακύρωση θα γίνει μετά από Απόφαση του Δ.Σ..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οικονομική προσφορά για τα προσφερόμενα είδη
2. Τεχνικό φυλλάδιο κάθε προσφερόμενου είδους

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 ή Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του και αφορά τον διαχειριστή (για Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή τον Διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. (για Α.Ε.)
4. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016
5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016
6. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν, κατά τον χρόνο της υποβολής τους .

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
α/α**

**ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**